

## 生体適合性証明書

歯科インプラント用上部構造材

### コバルトクロムシリンダー

医療機器認証番号 225AKBZX00081000 管理医療機器


上記製品は JIS T 0993-1 及び T 6001、「細胞毒性試験」に適合した「ダン・コバルトボンド」(歯科メタルセラミック修復用金属材料)にて製造された生体に安全な製品であることを証明します

製造販売元



株式会社 日本歯科金属

NAIPPON SHIKU KINZOKU CO., LTD.  
大阪府泉大津市池浦町5丁目13-30



#### 【対応規格名】

① JIS T 0993-1

「医療機器の生物学的評価－第一部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」

② JIS T 6001

「歯科用医療機器の生体適合性の評価」

細胞毒性試験は

大阪歯科大学 歯科理工学講座にて行われたものです